

设备委外关联指引流程

设备委外关联 是指将设备关联到**已邀约**的厂商。委外关联后，厂商可以收到关联设备相关工单的自动推送、查看关联设备信息。医疗机构能够**实时**看到厂家的进度与时间节点。

一、 方法一

1. 点击**委外业务管理**，进入**设备委外关联**，点击**未委外设备**，进入委外授权界面。

医疗设备管理平台

- 首页
- 设备档案管理
- 工单管理
- 预警计划
- 证照管理
- 备件管理
- 委外业务管理
 - 服务商管理
 - 设备委外关联
 - 临聘人员管理
- 统计报表
- 不良事件管理
- 知识库

医疗机构测试1

当前位置 > 委外业务管理 > 设备委外关联

已委外设备 未委外设备

设备档案/维保关联

请输入关键词 查询 所属科室:

序号	操作	设备名称	维保服务商	规格型号	单位	唯一码	所属科室	设备编码
1	委外授权	法国赛特力高频电刀		25升MOST-T		000036	口腔科	
2	委外授权	新华牌三次预真空灭菌器		24升MOST-T		000035	口腔科	
3	委外授权	电动吸引器 (斯曼峰)		YX9300		000034	口腔科	
4	委外授权	电动吸引器 (斯曼峰)		YX9300		000033	口腔科	
5	委外授权	高压注射器		Spectris Solaris D		000032	CT室	
6	委外授权	高压注射器		Spectris Solaris EP		000031	MR室	
7	委外授权	高压注射器		Spectris Solaris EP		000030	MR室	
8	委外授权	B-r检测仪		JB4040		000029	影像中心	
9	委外授权	直读式x-r 辐射个人剂量当量 (率) 监测仪		JB4020		000028	PETMR室	
10	委外授权	环境监测用x-r辐射空气比释动能率仪		JB4000		000027	影像中心	

2. 点击**选择委外服务商**，选择**服务商名称**、**授权时间**、勾选**授权内容**，并设置到期**预警时间**。填写好相关信息后，点击**立即委外**。即可关联成功。

预警提前天数：比如，设置的数字 15 天就代表，关联到期前 15 天将会通知医疗机构设备关联即将到期，到期后该设备关联的服务商将失去查看该设备的权限（天数可按需设置）。

医疗机构测试1

消息 张三 系统设置

当前位置 > 委外业务管理 > 服务商授权

维商授权 设备名称: 法国赛特力高频电刀 设备编码: 唯一码: 000036

选择委外服务商

设置服务商权限

* 服务商名称: 选择

* 授权时间: 开始日期 ~ 结束日期

授权内容: 查看设备档案资料 查看设备维修记录
 查看设备保养记录 查看设备计量记录

过期预警: 是否提前预警

* 提前天数: 15

取消 立即委外

序号	操作	授权开始时间	授权结束时间	预警提前天数

历史关联记录

请输入查询条件 查询

序号	操作	授权开始时间	授权结束时间	预警提前天数

当前位置 > 委外业务管理 > 设备委外关联

已委外设备 未委外设备

设备档案/维保关联 设备已关联成功

请输入关键词 查询 所属科室:

序号	操作	设备名称	维保服务商	规格型号	单位	唯一码	所属科室	设备编码
1	修改	法国赛特力高频电刀	服务商测试1	25升MOST-T		000036	口腔科	


二、 方法二

1. 在**设备档案管理**中，点击**查询设备档案**，查看需要委外关联的设备**详情**，进入详情界面。

The screenshot displays the 'Medical Equipment Management Platform' interface. The sidebar on the left contains a menu with '设备档案管理' (Equipment Archive Management) highlighted, and '查询设备档案' (Query Equipment Archives) circled in red. The main content area shows the '基础资料/设备档案' (Basic Information/Equipment Archives) page. It features a search form with a '请输入关键词' (Please enter keywords) input field, a '查询' (Query) button, and a '科室' (Department) dropdown menu. Below the search form is a table listing equipment records. The table has columns for '序号' (Serial Number), '操作' (Action), '在档状态' (Archive Status), '设备名称' (Equipment Name), '唯一码' (Unique Code), '规格型号' (Specification Model), '设备编码' (Equipment Code), '单位' (Unit), and '产地' (Origin). The table contains 10 rows of data. The '操作' column for the second row is circled in red. At the bottom right, there is a pagination control showing '1 2 3 4' and '10条/页' (10 items per page).

序号	操作	在档状态	设备名称	唯一码	规格型号	设备编码	单位	产地
1	详情	在档	法国赛特力高频电刀	000036	25升MOST-T			
2	详情	在档	新华牌三次预真空灭菌器	000035	24升MOST-T			
3	详情	在档	电动吸引器 (斯曼峰)	000034	YX9300			
4	详情	在档	电动吸引器 (斯曼峰)	000033	YX9300			
5	详情	在档	高压注射器	000032	Spectris Solaris D			
6	详情	在档	高压注射器	000031	Spectris Solaris EP			
7	详情	在档	高压注射器	000030	Spectris Solaris EP			
8	详情	在档	B-r检测仪	000029	JB4040			
9	详情	在档	直读式x-r 辐射个人剂量当量 (率) 监测仪	000028	JB4020			
10	详情	在档	环境监测用x-r辐射空气比释动能率仪	000027	JB4000			

2. 点击上方选项卡的**维保商**，进入委外关联界面，点击右上角的选择委**外服务商**。完成相关信息的填写后，点击**立即委外**。设备已关联成功。



当前位置 > 设备档案管理 > 服务商授权

档案详情

维保商

历史工单

转科记录

维保商授权

设备名称: 新华牌三次预真空灭菌器

设备编码:

唯一码: 000035

序号	操作	设备名称	服务商名称	设备唯一码	授权内容	授权开始时间	授权结束时间	预警提前天数
1	修改 取消授权	新华牌三次预真空灭菌器	服务商测试1	000035	档案资料;维修记录;保养记录;计量记录	2021-12-30	2026-01-30	18

设备已关联成功